

केन्द्रीय आयुर्वेदीय श्वसन विकार अनुसंधान संस्थान, मोती बाग रोड पटियाला

नं: 4-37/2016-CARIRD/Pun/Admn.

दिनांक: 11/7/2016

समिति निविदा सूचना

1. केन्द्रीय आयुर्वेदीय श्वसन विकार अनुसंधान संस्थान, मोती बाग रोड, पटियाला के लिए Auto Analyzer (Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer) तथा Haematoanalyzer(Automated) को क़ाय करने के लिए समिति निविदा/ सीलड कुटेशन आमंत्रित की जाती है। सभी फर्म/एजेंसी/कंपनी को निविदा/सीलड कुटेशन दिनांक 09-08-2016 को या इससे पहले सायं3-00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी जो कि अगले दिन प्रातः 10-00 बजे खोली जाएंगी। सीमित निविदा निर्धारित की गई तिथि को या इससे पहले प्रभारी सहायक निदेशक , मोती बाग रोड, पटियाला के कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।
2. बिड सिक्योरिटी(ई.एम.डी.) राशि 28500-00 मात्र Auto Analyzer(Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer)के लिए (CARIRD,PATIALAके पक्ष में)
3. बिड सिक्योरिटी(ई.एम.डी.) राशि 11400-00 मात्र Haematoanalyzer(Automated) के लिए (CARIRD,PATIALA के पक्ष में)

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1.	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	09-08-2016 सायं 3-00 बजे तक
2.	Auto Analyzer (Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer) तथा Haematoanalyzer (Automated) की तकनीकी बिड खोलने की तिथि/समय	10-08-2016 प्रातः 10-00 बजे
3.	Auto Analyzer (Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer) तथा Haematoanalyzer (Automated)की वित्तीय बिड खोलने की तिथि/समय	11-08-2016 प्रातः 10-00 बजे

तकनीकी बिड को लिफाफा-ए मार्क तथा वित्तीय बिड को लिफाफा-बी मार्क कर अलग-अलग लिफाफों में सील बन्द किए जाने चाहिए तथा इन दोनों अलग अलग सीलड बंद लिफाफों को एक लिफाफे में बन्द करते हुए इस पर- (उपकरण का नाम)-के लिए निविदा लिखा होना चाहिए।

Auto Analyzer (Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer) तथा Haematoanalyzer (Automated) की बिड अलग-अलग लिफाफों में भेजनी है। निविदा दस्तावेज़ परिषद की वेब साईट www.ccras.nic.in तथा cpp portal से डाऊनलोड किया जा सकता है एवं निविदा दस्तावेज़ की फीस राशि-1000/- रु का अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट (CARIRD,PATIALA के पक्ष में) प्रत्येक उपकरण की निविदा के साथ जमा करवाना होगा। निविदा कीमत के बिना प्राप्त किए गए दस्तावेज़ को अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी संशोधन के लिए कृपया परिषद की वेब साईट www.ccras.nic.in देखें। समाचार पत्रों में कोई अलग से सूचना नहीं दी जाएगी।

मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर


11/7/16

योग्यताएं:-

1. निविदा कर्ता फर्म /एजेंसी/कंपनी का पंजाब तथा इसके आस पास के राज्यों/संघ राज्य में सेवा केंद्र (after sale service centre) होना चाहिए जिससे आवश्यक जरूरतों को पूरा किया जा सके।
2. निविदा कर्ता फर्म /एजेंसी/कंपनी एक स्थापित निर्माता/एजेंसी/अधिकृत डीलर होना चाहिए जो नियमित रूप से उपकरणों का प्रबंध कर सके तथा उसे पर्याप्त तकनीकी ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव हो।
3. सूची में वर्णित उपकरणों का कथित विनिर्दिष्टों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।
4. निविदा कर्ता फर्म /एजेंसी/कंपनी को भारत सरकार के किसी अन्य विभाग/स्वायत्त संस्थान/विश्वविद्यालय तथा उपक्रम तथा अन्य राज्य सरकार आदि को इसी प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए जाने का कम से कम एक साल का अनुभव होना चाहिए। इस संबंधी प्रमाण तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें।
5. निविदा कर्ता के पास वैध पंजीकरण जैसे आयकर विभाग का स्थायी खाता नंबर (PAN), सेवा कर(Service Tax) पंजीकरण संख्या तथा एजेंसी/फर्म का पंजीकरण नंबर होना चाहिए।
6. निविदा कर्ता फर्म /एजेंसी/कंपनी को भारत सरकार के किसी भी विभाग/किसी संगठन/ एन.सी.टी. क्षेत्र दिल्ली सरकार/ किसी अन्य राज्य सरकार आदि द्वारा ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा कोई भी आपराधिक मामला फर्म /एजेंसी/कंपनी विरुद्ध लम्बित न हो।
7. निविदा कर्ता फर्म/एजेंसी/कंपनी के पास करार के अंतर्गत दायित्वपूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय स्थिरता तथा स्थिति होनी चाहिए।

बिड जमा करने की प्रक्रिया:-

क. तकनीकी बिड के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करे (संलग्न प्रपत्र -1 के अनुसार)

1. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पैन कार्ड(PAN) की स्वतः सत्यापित प्रति।
2. पिछले 02 वर्षों में जमा करवाई गई आयकर रिटर्न की प्रतियाँ।
3. सर्विस कर पंजीकरण संख्या की स्वतः सत्यापित प्रति।
4. निर्माता/कंपनी से निर्धारित अवधि के लिए अधिकृत डीलरशिप संबंधी प्राप्त प्रमाण पत्र।
5. निविदा दस्तावेज़ की कीमत राशि-1000/- रु. का CARIRD,PATIALA के पक्ष में अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट प्रत्येक उपकरण की निविदा के लिए संलग्न करें।
6. पीएसयू/मान्यता प्राप्त/सरकारी संस्थान/विश्वविद्यालय आदि जहाँ पर इस तरह के उपकरण स्थापित किए गए हैं, उनकी सूची संलग्न करें।
7. अर्नेस्ट मनी राशि 28500/- रु. Auto Analyzer (Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer) तथा राशि 11400/- रु. Haematoanalyzer (Automated) के लिए CARIRD,PATIALA के पक्ष में अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें।

मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

1-1/16

8. निविदा कर्ता को तकनीकी बिड के साथ एक वचनबद्धता पत्र संलग्न करना होगा जिसमें वर्णित हो कि फर्म /एजेंसी/कंपनी को भारत सरकार किसी भी विभाग/ संगठन/ एन.सी.टी.क्षेत्र दिल्ली सरकार/ किसी अन्य राज्य सरकार आदि द्वारा फर्म को ब्लैक लिस्टिड नहीं किया गया है तथा कोई भी आपराधिक मामला आपके विरुद्ध लम्बित नहीं है। (संलग्न प्रपत्र -V के अनुसार)
9. निविदा कर्ता को तकनीकी बिड के साथ फर्म /एजेंसी/कंपनी के अनुभव संबंधी एक वचनबद्धता पत्र संलग्न करना होगा। (संलग्न प्रपत्र -VI के अनुसार)
10. पिछले 05 वर्षों में केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एकक/ बहु राष्ट्रीय कंपनियों आदि को इस तरह के उपकरणों की दिनांक 31-03-2016 तक आपूर्ति संबंधी कम से कम 03 क्रय आदेशों की प्रतियाँ संलग्न करें।
11. निविदा कर्ता को तकनीकी बिड के साथ निविदा की नियम व शर्तों की विधिवत स्वीकृति हेतु एक वचनबद्धता पत्र संलग्न करना होगा। (संलग्न प्रपत्र -VII के अनुसार)
12. निविदा दस्तावेज हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने संबंधी बोर्ड मीटिंग के संकल्प की प्रति संलग्न करें (यदि लागू हो तो) (संलग्न प्रपत्र -VIII के अनुसार)
13. तकनीकी बिड दस्तावेज एवं फर्म का विवरण (संलग्न प्रपत्र -1 के अनुसार)

ख. वित्तीय बिड दस्तावेज (संलग्न प्रपत्र -III व -IV के अनुसार)

नोट: भरे हुए निविदा फार्म व अन्य दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर सहित हस्ताक्षर होने चाहिए।

तकनीकी बिड का खोलना :-

1. तकनीकी बिड कमेटी सदस्यों तथा निविदा कर्ता के अधिकृत प्रतिनिधियों (जो उपस्थित होना चाहते हो) के समक्ष खोली जाएगी। जिन फर्मों की निविदा दस्तावेज के अनुसार निविदा दस्तावेज फीस (tender document cost) एवं अर्नेस्ट मनी(EMD) तकनीकी बिड के खोलने के समय या इससे पहले मूल रूप में प्राप्त होगी उन्ही निविदाओं पर विचार किया जाएगा।
2. यदि निविदा खोलने के दिन सरकार द्वारा किसी अवकाश की घोषणा की जाती है तो अगले कार्य दिवस पर उसी समय निविदाएं खोली जाएगी परन्तु निविदा बक्सा निर्धारित दिन व समय पर सील कर दिया जाएगा।

वित्तीय बिड का खोलना :-

1. कमेटी सदस्यों तथा निविदा कर्ता के अधिकृत प्रतिनिधियों (जो उपस्थित होना चाहते हो) के समक्ष केवल उन की वित्तीय बिड को खोला जाएगा जो तकनीकी बिड की मर्दों को पूरा करते होंगे।
2. यदि निविदा खोलने के दिन सरकार द्वारा किसी अवकाश की घोषणा की जाती है तो अगले कार्य दिवस पर उसी समय निविदाएं खोली जाएगी परन्तु निविदा बक्सा निर्धारित दिन व समय पर सील कर दिया जाएगा।

निविदा कांट्रैक्ट का रद्द होना:-

1. निविदा में दी गई सूचना असत्य, गलत, किसी भी स्थिति में अछूरी होने के कारण तथा निविदा के अयोग्य पाए जाने पर बिड को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा इस के लिए किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा।

मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

11/11/16

बिड सिक्योरिटी (अर्नेस्ट मनी)/ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का जब्त होना:-

बिड सिक्योरिटी (अर्नेस्ट मनी)/ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर ली जाएगी।

1. अगर निविदा कर्ता द्वारा दी गई कोई भी सूचना/घोषणा यदि किसी भी स्थिति में असत्य पाई जाती है।
2. अगर निविदा कर्ता निविदा में दी गई नियम व शर्तों के अनुसार बिड को वैध अवधि (180 दिन) के दौरान वापिस ले लेता है।
3. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी स्थिति में चूक/ नियम व शर्तों के उल्लंघन में दोषी पाए जाने पर जब्त कर ली जाएगी।
4. निविदा कर्ता के फाइनल चयन की स्थिति में यदि वह निविदा में दी गई नियम व शर्तों के अनुसार कांट्रैक्ट करने में असफल होता है या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कराने में असफल होता है तो अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी।
5. सप्लाई आदेश जारी करने के उपरांत सप्लाई किया गया कोई भी उपकरण यदि निविदा दस्तावेज़ में दर्शाए गए मानकों के अनुसार नहीं पाया जाता है तो निविदा को रद्द कर दिया जाएगा तथा फर्म द्वारा जमा करवाई गई परफॉर्मेंस मनी जब्त कर ली जाएगी।
6. कुछ वैध कारणों को छोड़ कर, निर्धारित अवधि में उपकरण की आपूर्ति न करने पर फर्म द्वारा जमा करवाई गई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा फर्म का नाम ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। प्रभारी सहायक निदेशक द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

नियम व शर्तें:-

निविदा की नियम व शर्तें इस प्रकार है।

1. सरकारी अधिसूचना नं. 51/96-उत्पाद दिनांक 23-7-1996 द्वारा उत्पाद शुल्क तथा अधिसूचना नं 10/97-केन्द्रीय सीमा दिनांक 1-3-1997 के अन्तर्गत केन्द्रीय सीमा शुल्क की छूट प्राप्त करने हेतु सीसीआरएएस (मुख्यालय) वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान मंत्रालय में पंजीकृत है।
2. निविदा में दिए गए प्रत्येक उपकरण का रेट अलग अलग दिया जाना चाहिए। रेट मांगे गए उपकरणों की स्पैसिफिकेशन के अनुसार होनी चाहिए। उपकरण का ब्रांड भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
3. सभी रेट, अन्य सभी शुल्कों सहित एवं टैक्सों रहित, जो भी लागू हो, को भारतीय क्रन्सी में शब्दों व अंकों में दर्शाया होने चाहिए।
4. दर्शाए गए रेट बिड वैलिडिटी (180 दिन) तक वैध रहेंगे।
5. वित्तीय बिड में अधिलेखन (Over Writing) तथा शुद्धियाँ करने की अनुमति नहीं है। कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए जिस की वजह से निविदा को रद्द करना पड़े। सील किए बिना प्राप्त लिफाफों को रद्द कर दिया जाएगा।
6. प्राप्त किए गए रेटों को F.O.R सीएआरआईआरडी, मोती बाग़ रोड, पटियाला ही समझा जाएगा तथा कोई अन्य शुल्क जैसे परिवहन, उपकरण को चढ़ाने व उतारने, बीमा आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदा
11/11/16

7. आपूर्ति आदेश जारी होने के पश्चात 01 माह के भीतर उपकरण की आपूर्ति करनी होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात एक माह तक की गई सप्लाय को उपकरण की कीमत का 5% भाग पेनेल्टी(जुर्माना) लगाने के उपरांत ही स्वीकार किया जाएगा। फर्म द्वारा इस जुर्माने को कम करने अथवा माफ करने के लिए प्रभारी सहायक निदेशक, सीएआरआईआरडी को मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संस्थान प्रभारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर होगा।
8. संस्थान परिसर में उपकरणों की स्थापना की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी। वह संस्थान के तकनीकी स्टाफ/मशीन चालक को उपकरण संबंधी प्रदर्शन, चालन एवं व्यवस्था संबंधी तकनीकी ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराएंगे।
9. संस्थान की क्रय समिति एवं निरीक्षण समिति द्वारा क्रय किए जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता संबंधी निर्धारण किया जाएगा। अतः गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
10. उपकरण की वारंटी/गारंटी अवधि कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए।
11. निविदाकर्ता द्वारा संस्थान/संगठन के किसी भी व्यक्ति को निविदा के विषय संबंधी प्रभावित करने के लिए की गई कारवाई के कारण निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
12. कोई व्यक्ति यदि वह सरकारी नौकरी में है या इस संस्थान अथवा संगठन का कर्मचारी है तो उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निविदाकर्ता द्वारा कांट्रैक्ट का पार्टनर नहीं बनाया जाना चाहिए।
13. किसी भी व्यक्ति या फर्म को विभिन्न नामों से एक से ज़्यादा निविदा भरने की अनुमति नहीं है।
14. सफल निविदाकर्ता कार्य के लिए किसी उप-कांट्रैक्टर को नियुक्त नहीं करेंगे तथा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/एजेंसी को किसी भी रूप से कांट्रैक्ट स्थानान्तरित नहीं करेंगे। निविदाकर्ता को कांट्रैक्ट के अधीन अपने अधिकार किसी अन्य व्यक्ति/संगठन को सौंपने की अनुमति नहीं होगी।
15. निविदाकर्ता या उस के स्टाफ या उस के अधीन किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना से किसी व्यक्ति को चोट लगने या किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को या सार्वजनिक संपत्ति को कार्य निष्पादन के समय कोई नुकसान पहुंचता है तो उस की क्षतिपूर्ति एवं सभी दावों का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा। निविदाकर्ता द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति को कार्य के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना के लिए आर्थिक रूप से भुगतान के लिए संस्थान की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
16. शर्तें जैसे " Prices are subject to change without notice" मान्य नहीं होगा। एक बार अनुमोदित किए गए रेट को करार की अवधि में की जाने वाली आपूर्ति तक बढ़ाया नहीं जाएगा।
17. आपूर्ति के समय हुई उपकरण में किसी भी प्रकार की कमी के लिए आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी होगा। आपूर्ति में पाई गई सामान की कमी एवं क्षतिग्रस्त, खराब तथा अस्वीकृत उपकरणों को निःशुल्क ही, बिल के भुगतान से पहले आपूर्तिकर्ता अपने खर्चे तथा रिस्क पर 07 दिन के अंदर बदलेगा।
18. निविदा दस्तावेज़ के सभी पृष्ठ क्रमवार अंकित होने चाहिए तथा मोहर सहित सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित होने चाहिए।
19. प्रभारी सहायक निदेशक को बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार तथा अस्वीकार करने का अधिकार है।
20. प्रभारी सहायक निदेशक को दस्तावेज़ में दर्शाई गई नियम व शर्तों की किसी भी मद में छूट देने का अधिकार है।

मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

11/11/16

बिड सिक्योरिटी (अर्नेस्ट मनी):-

1. अर्नेस्ट मनी के लिए केवल अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार किए जाएंगे।
2. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा कारवाई गई अर्नेस्ट मनी को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्राप्त होने पर लौटा दिया जाएगा।
3. असफल निविदाकर्ता द्वारा जमाई कारवाई गई अर्नेस्ट मनी को अंतिम बिड वैधता के पूर्ण होने के पश्चात लौटा दी जाएगी या कांट्रैक्ट जारी करने के 30 दिन के भीतर अथवा इससे पहले लौटा दी जाएगी।
4. बिड सिक्योरिटी की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

परफॉर्मेंस सिक्योरिटी:-

1. सफल निविदाकर्ता को संस्थान में उपकरण के मूल्य की 10% राशि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में "CARIRD,PATIALA" के पक्ष में अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा आपूर्ति आदेश जारी करने के पूर्व जमा करवानी होगी।
2. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

जुर्माना:-

1. असंतोषजनक सेवाओं तथा नियमों के लगातार उल्लंघन के कारण परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की राशि को जब्त करते हुए संस्थान द्वारा कांट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाएगा तथा फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
2. उपरोक्त दी गई शर्तों के किसी विचलन(deviation), भिन्नता (variation) अथवा अवज्ञा (non-compliance) को कांट्रैक्ट का उल्लंघन समझा जाएगा तथा प्रभारी सहायक निदेशक को ऊपर वर्णित किसी एक अथवा सभी जुर्मानों को लगाने का अधिकार होगा।

भुगतान :-

1. उपकरण की संतोषजनक स्थापना के उपरान्त ही पूरी कीमत का भुगतान किया जाएगा। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल से नियमानुसार आवश्यक टीडीएस की कटौती की जाएगी जिस के लिए PAN कार्ड की फोटोकॉपी निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न होनी चाहिए।
2. आदेशित कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने पर भुगतान के लिए बिल की तीन प्रतियाँ भुगतान के लिए प्रस्तुत करने पर अनुमोदित रेट का भुगतान तथा यदि कोई जुर्माना है तो काटने के उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा। अग्रिम राशि का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

विवाद :-

किसी भी प्रकार का विवाद यदि उत्पन्न होता है तो वह केवल पटियाला के जुरिसडिकसन में ही होगा।

वसूली :-

संस्थान द्वारा अगर कांट्रैक्ट के दौरान भूलवश किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो इस की वसूली की जा सकती है।

मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

(-निविदा
11/11/16

बिड मूल्यांकन मापदंड :-

तकनीकी बिड

1. निविदा दस्तावेज़ की कीमत जमा करने संबंधी प्रमाण।
2. अर्नेस्ट मनी राशि 28500/- रु. Auto Analyzer (Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer) तथा राशि 11400/- रु. Haematoanalyzer (Automated)के लिए "CARIRD,PATIALA" के पक्ष में अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के आधार पर ।
3. सबसे पहले निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई तकनीकी बिड को खोला जाएगा तथा तकनीकी स्पेसीफिकेशन, संलग्न दस्तावेज़, अंडर टेकिंग दस्तावेज़ तथा सभी नियम व शर्तों की पूर्ति के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
4. पिछले 05 वर्षों में केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एकक/ बहू राष्ट्रीय कंपनियों आदि को इस तरह के उपकरणों की दिनांक 31-03-2016 तक आपूर्ति संबंधी 03 क्रय आदेशों की प्रतियाँ।

वित्तीय बिड :-

वित्तीय बिड केवल उन फ़र्मों की खोली जाएगी जो कि तकनीकी बिड में दर्शाए गए मापदंड को पूरा करती होगी। विभागीय बिड मूल्यांकन समिति, योग्य निविदाकर्ता फ़र्मों द्वारा प्रस्तुत युक्तियुक्त रेट के आधार पर आपूर्तिकर्ता फ़र्म का चयन करेगी।

मोहर सहित निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

(निविदा)
11/7/16

List of Requirements

1. Name of Scientific Instruments :- **Auto Analyzer (Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer)**

Quantity: - 01 (One)

Technical Specifications:-

General

- Table top, fully automated, random access Discrete, patient prioritized, totally open, clinical chemistry analyzer
- Reusable permanent hard glass cuvettes with on-board, automatic washing & refrigeration.
- Photometric throughput 200 test per hour
- End points, rate reaction, fixed- time, differential, sample blanking, mono and bichromatic measurements, all programs operator definable
- Facility of auto-run and auto-dilution
- On board chemistries: 40 and unlimited programmable
- De-ionized water plant

Sample

- Sample position: minimum 35
- Sample type: serum, plasma, urine, other.
- Accepts primary tubes as well as sample cups.
- STAT sample can be introduced at any time at any position.
- Sample volume (2.0-70 μL) in increments of 1 μL .

Reagent

- Reagent position: minimum 50.
- Facility to load the bottles of size of 5,20 and 50 ml with adapter where necessary
- Pipette with liquid level sensor
- Reaction volume less than 300 μL
- Facility to run only reagent blank (without standard) in calibration mode
- Presence of on-board reagent inventory

Reaction module

- 45 reaction cuvettes
- Reaction temperature $37 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ or less (dry air incubation)
- High speed Teflon coated mixing probe for efficient mixing

Washing

- 8 channel washing manifold: washing with warm water

Signature and seal of the tenderer

C. J. J. J.
11/11/16

Optics

- Long life halogen lamp
- Wavelength range 300-750nm
- Eight (8) installed filters no : 340,405,505,546,578,600,660,700
- Measurement range (0.0-2.5 Abs)
- Continuous monitoring of blank Abs to increase Accuracy

Quality Control

- Run minimum 2 levels of quality control standards (QCS)
- Random processing of QCS data possible
- QCS statistics in the form of Levey Jennings Plot

Software

- Computer with window- 7 or higher compatible with the instrument and TFT monitor
- Laser printer
- Online UPS (Minimum 1 KVA)

Options

- Barcode reader for sample and reagents

Power supply

- 110-220 volts, 50-60 Hz

Warranty

- Warranty minimum 2 years

Reagents for initial testing of the instrument preferably for Blood Sugar, S. Uric acid, S. cholesterol, B. Urea, S. Creatinine, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphates, S. Calcium etc.

Training and demonstration for handling, operation, and maintenance of instrument.

Signature and seal of the tenderer

99
11/7/16

2. Name of Scientific Instruments :-**Haematoanalyzer (Automated)**

Quantity: - 01 (One)

Technical Specifications:-

1. The instrument could analyze 20 parameters in both whole blood (WB) mode and pre-diluted (PD) mode. The parameters are below.

WBC,	MCH,	Gran%	RDW-SD
RBC,	MCHC,	NEUT#	RDW-CV
Hb,	PLT,	LYM#	PDW,
HCT,	NEUT%	MXD#	PCT,
MCV,	LYM%	MPV,	P-LCR

2. Speed of testing should be at least 60 samples/hour.
3. Result output is displayed on color touch screen with intuitive graphic icons. Facility for hard copy printout should be available.
4. Control information could be easily input by scanning the assay sheet using a barcode reader.
5. Data storage should have histograms along with figure.
6. It should have an automatic probe cleaning facility after each aspiration to ensure minimal carry over.
7. It should require minimum reagent that are easily available.
8. It should have alarm to alert when reagents are empty or when waste is full.
9. The variation in the reproducibility in whole blood mode should be less than

Parameter	CV (variation coefficient)
WBC	3.5% or less (4.0x10 ³ /μL or more)
RBC	2.0% or less (4.00x10 ⁶ / μL or more)
HGB	1.5% or less HCT 2.0% or less
PLT	6.0% or less (100.0x10 ³ / μL or more)

10. Interface option should be

- LAN (Ethernet for host computer)
- Barcode reader (Hand held)
- Serial port (for host computer)
- LPT or USB Port for Printer

Signature and seal of the tenderer

Handwritten signature and date: 11/7/16

11. Analyzer should have online QC facility.
12. Compatible PP attachment and software for the reporting.
13. Power supply 220-240 VAC (50/60Hz)
14. Preferably should have ISO or other quality certification.
15. After sale service should be prompt.
16. Warranty minimum 2 years.
17. Training and demonstration for handling, operation, and maintenance of instrument.
18. Online UPS (Minimum 1 KVA)
19. Reagents for initial testing of the instrument for the above parameters.

Signature and seal of the tenderer

09
11/7/16

Annexure-I

Technical Bid (Following informations and proofs/documents to be attached)

SR. NO	PARTICULARS	
1.	Name of the Firm/Agency	
2.	Address of the Firm	
3.	Mobile No./Phone No.	
4.	Name of the Tenderer	
5.	Registration No. of the Firm(Attach Proof)	
6.	Constitution of the Firm (Attach Proof)	
7.	PAN No. and TIN No.(Attach Proof)	
8.	Copies of Income Tax return for last 2 years. (Attach Proof)	
9.	Service Tax, Sale Tax, VAT. (Attach Proof)	
10.	Authorized Dealership Certificate of manufacturer /Company. (Attach Proof)	
11.	Tender Document Cost of Rs. 1000/- (for each tender) (Attach Proof)	
12.	List of PSU/Recognized/Govt. Organisation/University etc where this instrument is working.	
13.	Bid Security (Earnest Money Deposit) Rs. 28500-00 for Auto Analyzer (Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer)(Attach Proof)	
14.	Bid Security (Earnest Money Deposit) Rs. 11400-00 for Haematoanalyzer (Automated)(Attach Proof)	
15.	Whether Agency has been blacklisted by any of the Department/Organizations and no criminal case is pending against the said firm/agency(Attach undertaking as per annexure V)	
16.	Firm/agency/company having sufficient experience (Attach undertaking as per annexure VI)	
17.	Copy of at least three executed purchase orders for supply of same in any Central/State Govt. /Public Sector Undertakings Units/MNC etc. within preceding five years as on 31-3-2016.	
18.	Tender documents accepted all the Terms, Conditions and others instructions .(Attach undertaking as per annexure VII)	
19.	Letter of authorization for attending bid opening(Attach letter as per annexure VIII)	
20.	Technical specification of equipment (Attach document)	

This is to certify that I/we have carefully read the contents of the tender documents and fully understood all the terms and conditions therein and undertake myself/ourselves to abide by the same.

Place :

Date: ___/___/2016

Signature of the Tenderer _____

Name of the Signatory _____

Name of the Firm/Agency _____

Seal of the Firm/Agency _____

Signature and seal of the tenderer

11/7/16

CHECKLIST

Please check whether all the below mentioned documents have been furnished for participating in the tender for Auto Analyzer (Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer) and Haematoanalyzer (Automated).

SR. No	Documents	Page No.
1.	Letter of submission of tender	
2.	Tender document with all pages duly signed and with official seal	
3.	Registration No. of the Firm	
4.	Constitution of the Firm	
5.	PAN No. and TIN No. copy to be attached	
6.	Copies of Income Tax return for last 2 years.	
7.	Service Tax, Sale Tax, VAT reg.no.	
8.	Authorized Dealership Certificate from manufacturer /Company	
9.	Tender Document Cost of Rs. 1000/- (for each tender)	
10.	List of PSU/Recognized/Govt. Organisation/University etc where this instrument is working.	
11.	Bid Security (Earnest Money Deposit) Rs. 28500-00 for Auto Analyzer (Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer)	
12.	Bid Security (Earnest Money Deposit) Rs. 11400-00 for Haematoanalyzer (Automated)	
13.	Undertaking document stating that Firm/agency/company has never been black listed by any of the Departments/Autonomous Institutions/Universities/ Public Sector undertakings of the Government of India or Government of NCT of Delhi or any other State Government etc. and no criminal case is pending against the said firm/agency/company.(as per annexure-V)	
14.	Undertaking document for sufficient experience of firm/agency/company(as per annexure-VI)	
15.	Copy of at least three executed purchase orders for supply of same in any Central/State Govt. /Public Sector Undertakings Units/MNC etc. within preceding five years as on 31-3-2016.	
16.	Undertaking document regarding acceptance of all the Terms, Conditions and others instructions (as per annexure-VII)	
17.	Letter of authorization for attending bid opening (as per annexure VIII)	
18.	Technical specification of equipment (Attach document)	

Signature and seal of the tenderer

11/7/16

Annexure-III

Financial Bid
(To be kept in a separate envelope)

Should be on the letter head of the firm/agency/company.

Schedule of rates to be quoted for supply of Auto analyzer (Fully automated clinical chemistry analyzer) to the Central Ayurveda Research Institute for Respiratory Disorders, Patiala in the manner as specified in specifications and bidding documents

Annexure-IV

Financial Bid
(To be kept in a separate envelope)

Should be on the letter head of the firm/agency/company

Schedule of rates to be quoted for supply of Haematoanalyzer (Automated) to the Central Ayurveda Research Institute for Respiratory Disorders, Patiala in the manner as specified in specifications and bidding documents

Annexure-V

UNDERTAKING

It is certified that my firm/agency/company has never been **black listed** by any of the Departments/Autonomous Institutions/Universities/Public Sector undertakings of the Government of India or Government of NCT of Delhi or any other State Government etc. and **no criminal case** is pending against the said firm/agency as on -----

Place :
Date: ___/___/2016

Signature of the Tenderer _____
Name of the Signatory _____
Name of the Firm/Agency _____
Seal of the Firm/Agency _____

Signature and seal of the tenderer

11/7/16

Annexure-VI

UNDERTAKING

It is certified that my firm/agency/company is having sufficient experience for supply of instruments(Name of Equipment)as mentioned in the Tender Document and all proofs have been attached.

Place : _____
Date: ___/___/2016

Signature of the Tenderer _____
Name of the Signatory _____
Name of the Firm/Agency _____
Seal of the Firm/Agency _____

Annexure-VII

UNDERTAKING

It is certified that I have personally read the Tender Document and accept all the terms, conditions and others instructions mentioned therein.

Place : _____
Date: ___/___/2016

Signature of the Tenderer _____
Name of the Signatory _____
Name of the Firm/Agency _____
Seal of the Firm/Agency _____

Annexure-VIII

LETTER OF AUTHORIZATION FOR ATTENDING BID OPENING

Subject: Authorization for attending bid opening of tender for supply of Auto Analyzer (Fully Automated Clinical Chemistry Analyzer) and Haematoanalyzer (Automated).

Person (Name) is hereby authorised to attend the bid opening for the tender mentioned above on behalf of _____ (Bidder).

Name Specimen Signature

Signatures of bidder

Or

Officer authorized to sign the bid documents on behalf of the bidder.

Note:

1. Only one representative will be permitted to attend bid opening. Alternate representative will be permitted when regular representative is not able to attend.
2. Permission for entry to the hall where bids are opened may be refused in case authorization as prescribed above is not received.

Signature and seal of the tenderer

(Handwritten signature)
11/11/16

AGREEMENT BOND (Specimen)

(Agreement Bond will be filled by the tenderer on Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) non-judicial Stamp Paper by the firm whose rates are approved by the Institute.)

I/we hereby tender for the Supply of.....
(Items mentioned under list to the Purchaser of Scientific Equipment as per rates and terms & conditions approved stipulated in the annexure to this memorandum.

If this tender be accepted I/We hereby agree to abide and fulfil all the terms & conditions, as per provision of contract annexure as applicable or in case of proving defaulter by the authority of CARIRD thereof otherwise agree forfeit and pay to the ASSISTANT DIRECTOR INCHARGE, CARIRD, PATIALA, the sum of Rs.only, deposited as Earnest Money at the time of submission of tender in the form of Account payee Demand Draft No. dated..... drawn on.....(Name of Bank). The full value of which is to be absolutely forfeited to the said Assistant Director Incharge, or his successor in office without prejudice to any other right of remedies in case I/WE fail to undertake the supply of commodities specified in the annexure, or fail to abide with the said terms & conditions of the contract.

Dated: The day of

Witness:Signature of Contractor.....

Address:

.....

.....

.....

Occupation:

Signature and seal of the tenderer

